

Control Normal : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۷/۲۷

LDH : عنوان آزمایش :
Cobas 6000 : عنوان دستگاه :
سری ساخت : GN225

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۰	۲۰,۳۳۳	۲۷۵,۰۰۱	۲۹۵,۳۳۴	۳۱۵,۶۶۷	۳۳۶	۳۵۶,۳۳۳	۳۷۶,۶۶۶	۳۹۶,۹۹۹

مقدار	تاریخ
۳۴۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۲
۳۴۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۴
۳۲۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۵
۳۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۶
۳۴۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۷
۳۴۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۸
۳۴۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۹

مقدار	تاریخ
۳۳۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۲
۳۳۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۳
۳۳۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۴
۳۴۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۵
۳۵۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۷
۳۵۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۸
۳۴۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۹
۳۶۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۰
۳۴۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۱

مقدار	تاریخ
۳۴۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۱
۳۴۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۳
۳۲۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۴
۳۲۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۵
۳۴۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۶
۳۵۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۷
۳۵۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۸
۳۵۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۰
۳۲۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۱

CV%: 3.296	SD: 11.263	Mean: 341.76
------------	------------	--------------

