

Control Normal : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۷/۲۷

LDH : عنوان آزمایش :  
Olampius : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : GN225

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۲,۹	۱۰,۰۱۵	۳۱۵,۳۲۲	۳۲۵,۳۳۷	۳۳۵,۳۵۲	۳۴۵,۳۶۷	۳۵۵,۳۸۲	۳۶۵,۳۹۷	۳۷۵,۴۱۲

مقدار	تاریخ
۳۴۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۳
۳۳۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۴
۳۵۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۵
۳۴۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۶
۳۴۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۷
۳۵۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۸
۳۴۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۹
۳۴۲	۱۴۰۴/۰۹/۳۰

مقدار	تاریخ
۳۴۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۳
۳۴۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۴
۳۴۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۵
۳۴۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۶
۳۳۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۷
۳۳۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۸
۳۴۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۹
۳۵۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۰
۳۴۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۱
۳۵۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۲

مقدار	تاریخ
۳۴۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۱
۳۵۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۲
۳۵۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۴
۳۵۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۵
۳۴۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۶
۳۴۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۸
۳۳۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۹
۳۳۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۰
۳۵۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۱
۳۴۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۲

CV%: 1.711	SD: 5.901	Mean: 344.821
------------	-----------	---------------

