

Control Normal : عنوان کنترل :  
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۷/۰۱

سری ساخت : ..GN125

LDL cholesterol : عنوان آزمایش :  
Olampius : عنوان دستگاه :



%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۱,۸۲	۰,۷۰۶	۵۵,۵۶	۵۶,۲۶۶	۵۶,۹۷۲	۵۷,۶۷۸	۵۸,۳۸۴	۵۹,۰۹	۵۹,۷۹۶

مقدار	تاریخ
۵۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۰
۵۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۱
۵۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۲
۵۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۳
۵۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۴
۵۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۵
۵۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۶

مقدار	تاریخ
۵۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۰
۵۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۲
۵۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۳
۵۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۴
۵۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۵
۵۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۶
۵۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۷
۵۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۸
۵۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۹

مقدار	تاریخ
۵۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۱
۵۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۲
۵۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۳
۵۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۴
۵۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۵
۵۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۶
۵۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۷
۵۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۸
۵۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۹

CV%: 1.45	SD: 0.841	Mean: 57.96
-----------	-----------	-------------



Control Normal : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۷/۲۷

سری ساخت: GN225

LDL cholesterol : عنوان آزمایش :  
Olampius : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۰	۴	۴۶	۵۰	۵۴	۵۸	۶۲	۶۶	۷۰

مقدار	تاریخ
۵۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۹
۵۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۰

مقدار	تاریخ
۵۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۴
۵۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۵
۵۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۶
۵۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۷
۵۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۸

مقدار	تاریخ
۵۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۸
۵۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۹
۵۹	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
۵۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۱
۵۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۳

CV%: 1.882	SD: 1.084	Mean: 57.583
------------	-----------	--------------

