

Control Normal : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۷/۲۷

سری ساخت: GN225

LDL cholesterol : عنوان آزمایش :  
Olampius : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۲,۰۵۵	۱,۱۷۲	۵۳,۵۵۱	۵۴,۷۲۳	۵۵,۸۹۵	۵۷,۰۶۷	۵۸,۲۳۹	۵۹,۴۱۱	۶۰,۵۸۳

مقدار	تاریخ
۵۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۳
۵۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۴
۵۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۵
۵۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۶
۵۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۷
۵۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۸
۵۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۹
۵۷	۱۴۰۴/۰۹/۳۰

مقدار	تاریخ
۵۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۳
۵۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۴
۵۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۵
۵۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۶
۵۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۷
۵۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۸
۵۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۹
۵۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۰
۵۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۱
۵۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۲

مقدار	تاریخ
۵۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۱
۵۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۲
۵۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۴
۵۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۵
۵۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۶
۵۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۸
۵۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۹
۵۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۰
۵۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۱
۵۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۲

CV%: 1.603	SD: 0.917	Mean: 57.214
------------	-----------	--------------

