

پولد سرم : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۴/۲۹

سری ساخت : ----
Lamotrigine : عنوان آزمایش :
hplc : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۶۸۱	۰,۰۹۷	۵,۴۸۲	۵,۵۷۹	۵,۶۷۶	۵,۷۷۳	۵,۸۷	۵,۹۶۷	۶,۰۶۴

مقدار	تاریخ
۵,۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۹
۵,۶۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۱
۵,۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۲
۵,۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۳
۵,۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۴

مقدار	تاریخ
۵,۷۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۲
۵,۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۳
۵,۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۴
۵,۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۵
۵,۶۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۶
۵,۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۷

مقدار	تاریخ
۵,۶۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۳
۵,۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۶
۵,۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۷
۵,۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۸
۵,۶۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۹
۵,۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۰

CV%: 0.904	SD: 0.052	Mean: 5.736
------------	-----------	-------------

