

پولد سرم : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۴/۲۹

سری ساخت : ----
Lamotrigine : عنوان آزمایش :
hplc : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۰۱۷	۰,۰۵۸	۵,۵۴۹	۵,۶۰۷	۵,۶۶۵	۵,۷۲۳	۵,۷۸۱	۵,۸۳۹	۵,۸۹۷

مقدار	تاریخ
۵,۶۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۴
۵,۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۵
۵,۶۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۹

مقدار	تاریخ
۵,۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۶
۵,۶۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۷
۵,۶۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۸
۵,۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۹

مقدار	تاریخ
۵,۷۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۰
۵,۶۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۲
۵,۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۳
۵,۶۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۵

CV%: 0.769	SD: 0.044	Mean: 5.697
------------	-----------	-------------

