

Multi I : عنوان کنترل :  
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۷/۰۶

Lipase : عنوان آزمایش :  
Integra 400 : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : ۷۵۴۶۶۲

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۲,۷	۱,۸۶۷	۴۰,۸	۴۲,۶۶۷	۴۴,۵۳۳	۴۶,۴	۴۸,۲۶۷	۵۰,۱۳۳	۵۲

مقدار	تاریخ
۴۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۹
۴۵	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
۴۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۱
۴۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۳
۴۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۴
۴۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۵
۴۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۶

مقدار	تاریخ
۴۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۹
۴۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۰
۴۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۱
۴۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۲
۴۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۳
۴۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۴
۴۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۶
۴۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۷
۴۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۸

مقدار	تاریخ
۴۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۶
۴۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۷
۴۴,۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۹
۴۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۰
۴۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۲
۴۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۳
۴۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۴
۴۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۵
۴۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۷

CV%: 3.138	SD: 1.442	Mean: 45.944
------------	-----------	--------------

