

Multi I : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۷/۰۶

Lipase : عنوان آزمایش :  
سری ساخت : ۷۵۴۶۶۲ Integra 400 : عنوان دستگاه :


%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۲,۷	۱,۸۶۷	۴۰,۸	۴۲,۶۶۷	۴۴,۵۳۳	۴۶,۴	۴۸,۲۶۷	۵۰,۱۳۳	۵۲

مقدار	تاریخ
۴۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۹
۴۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۰
۴۷,۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۱
۴۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۲

مقدار	تاریخ
۴۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۰
۴۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۱
۴۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۲
۴۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۳
۴۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۴
۴۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۵

مقدار	تاریخ
۴۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۱
۴۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۳
۴۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۴
۴۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۵
۴۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۶
۴۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۸

CV%: 5.311	SD: 2.371	Mean: 44.656
------------	-----------	--------------



Multi 1 : عنوان کنترل :  
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۶/۱۱

Lipase : عنوان آزمایش :  
هیپتاجی ۹۱۷ : سری ساخت : ۷۵۴۶۶۲

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۱,۶	۲,۸	۳۸	۴۰,۸	۴۳,۶	۴۶,۴	۴۹,۲	۵۲	۵۴,۸

مقدار	تاریخ
۴۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۷

مقدار	تاریخ
۴۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۴
۴۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۵
۴۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۶

مقدار	تاریخ
۴۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۷
۴۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۸
۴۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۹

CV%: 4.899	SD: 2.225	Mean: 45.429
------------	-----------	--------------

