

Multi I : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۷/۰۶

Lipase : عنوان آزمایش :  
Integra 400 : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : ۷۵۴۶۶۲

| %CV   | SD   | SD <sup>۳</sup> - | SD <sup>۲</sup> - | SD <sup>۱</sup> - | MEAN   | SD <sup>۱</sup> | SD <sup>۲</sup> | SD <sup>۳</sup> |
|-------|------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۴,۵۸۱ | ۲,۰۷ | ۳۸,۹۷۳            | ۴۱,۰۴۳            | ۴۳,۱۱۳            | ۴۵,۱۸۳ | ۴۷,۲۵۳          | ۴۹,۳۲۳          | ۵۱,۳۹۳          |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۴۵    | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
| ۴۴    | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
| ۴۶    | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
| ۴۴    | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
| ۴۳    | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
| ۴۷    | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
| ۴۶    | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۴۷    | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
| ۴۳,۲  | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
| ۴۵    | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
| ۴۷,۲  | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
| ۴۶,۵  | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
| ۴۷    | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
| ۴۴    | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
| ۴۵    | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
| ۴۷    | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۴۳    | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
| ۴۵    | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
| ۴۷    | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
| ۴۵,۲  | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
| ۴۴    | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
| ۴۴    | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
| ۴۶    | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
| ۴۶    | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
| ۴۵,۹  | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |

|            |           |             |
|------------|-----------|-------------|
| CV%: 3.042 | SD: 1.379 | Mean: 45.32 |
|------------|-----------|-------------|

