

مدیکا کنترل ۲ : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۷/۰۱

Lithium : عنوان آزمایش :
مدیکا ۱ : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۲۴۳۱۶

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۴,۴۱۲	۰,۰۵۷	۱,۷۸	۱,۸۳۷	۱,۸۹۴	۱,۹۵۱	۲,۰۰۸	۲,۰۶۵	۲,۱۲۲

مقدار	تاریخ
۱,۹۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۳
۲,۰۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۴
۱,۹۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۵
۱,۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۶
۲,۰۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۷
۱,۹۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۸
۲,۰۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۹

مقدار	تاریخ
۲,۰۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۲
۲,۰۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۳
۱,۹۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۴
۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۵
۱,۹۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۶
۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۷
۱,۹۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۹
۱,۸۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۰
۱,۸۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۱
۱,۸۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۲

مقدار	تاریخ
۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۱
۲,۰۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۲
۱,۹۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۳
۱,۹۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۴
۱,۹۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۵
۱,۹۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۶
۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۷
۲,۰۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۸
۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۹
۲,۰۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۰

CV%: 3.142	SD: 0.062	Mean: 1.968
------------	-----------	-------------

