

Control Hight : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۷/۰۱

Magnesium : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :
سری ساخت : GP224


%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۸۳۳	۰,۰۳۵	۴,۲۲۵	۴,۲۶	۴,۲۹۶	۴,۳۳۱	۴,۳۶۶	۴,۴۰۲	۴,۴۳۷

مقدار	تاریخ
۴,۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۴
۴,۳۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۵
۴,۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۶
۴,۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۸

مقدار	تاریخ
۴,۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۷
۴,۳۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۸
۴,۳۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۹
۴,۳۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۰
۴,۳۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۲
۴,۳۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۳

مقدار	تاریخ
۴,۳۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۱
۴,۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۲
۴,۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۳
۴,۳۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۴
۴,۳۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۵
۴,۳۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۶

CV%: 0.547	SD: 0.024	Mean: 4.324
------------	-----------	-------------



Control Hight : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۷/۱۹

Magnesium : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :
سری ساخت : GP325

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۰	۰,۳	۳,۱	۳,۴	۳,۷	۴	۴,۳	۴,۶	۴,۹

مقدار	تاریخ
۴,۰۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۵
۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۶
۳,۹۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۷
۳,۹۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۸

مقدار	تاریخ
۳,۹۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۷
۳,۸۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۸
۳,۹۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۹
۳,۸۷	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
۳,۹۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۱
۳,۹۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۳
۳,۹۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۴

مقدار	تاریخ
۴,۰۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۰
۳,۹۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۱
۳,۹۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۲
۳,۹۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۳
۳,۹۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۴
۴,۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۵
۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۶

CV%: 1.582	SD: 0.063	Mean: 3.98
------------	-----------	------------

