

Control Normal : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۷/۲۷

Magnesium : عنوان آزمایش :  
Cobas 6000 : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : GN225

%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۰	۰,۱۶۷	۱,۳۹۹	۱,۵۶۶	۱,۷۳۳	۱,۹	۲,۰۶۷	۲,۲۳۴	۲,۴۰۱

مقدار	تاریخ
۱,۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۲
۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۴
۱,۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۵
۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۶
۱,۸۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۷
۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۸
۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۹

مقدار	تاریخ
۱,۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۲
۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۳
۱,۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۴
۱,۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۵
۱,۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۷
۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۸
۱,۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۹
۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۰
۱,۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۱

مقدار	تاریخ
۱,۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۱
۱,۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۳
۱,۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۴
۱,۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۵
۱,۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۶
۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۷
۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۸
۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۰
۱,۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۱

CV%: 4.144	SD: 0.079	Mean: 1.916
------------	-----------	-------------

