

Control Normal : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۷/۲۷

Magnesium : عنوان آزمایش :  
Olampius : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : GN225

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۴,۹۸۱	۰,۱۰۲	۱,۷۳۳	۱,۸۳۵	۱,۹۳۷	۲,۰۳۹	۲,۱۴۱	۲,۲۴۳	۲,۳۴۵

مقدار	تاریخ
۲,۰۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۳
۲,۰۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۴
۲,۰۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۵
۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۶
۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۷
۲,۰۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۸
۲,۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۹
۲,۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۳۰

مقدار	تاریخ
۲,۰۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۳
۲,۰۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۴
۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۵
۲,۰۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۶
۲,۰۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۷
۲,۰۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۸
۲,۰۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۹
۲,۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۰
۲,۰۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۱
۲,۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۲

مقدار	تاریخ
۲,۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۱
۲,۰۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۲
۲,۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۴
۲,۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۵
۲,۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۶
۲,۰۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۸
۲,۰۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۹
۲,۰۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۰
۲,۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۱
۲,۰۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۲

CV%: 2.047	SD: 0.042	Mean: 2.06
------------	-----------	------------

