

عنوان کنترل : abbot-1  
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۸/۰۷

عنوان آزمایش : PSA  
عنوان دستگاه : abbot  
سری ساخت : ۳۲۳۱۱۲۳۰



%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۹,۷۴۲	۰,۰۵۸	۰,۴۲	۰,۴۷۸	۰,۵۳۶	۰,۵۹۴	۰,۶۵۲	۰,۷۱	۰,۷۶۸

مقدار	تاریخ
۰,۵۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۰
۰,۵۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۲
۰,۵۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۳
۰,۵۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۴
۰,۵۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۵
۰,۶۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۶

مقدار	تاریخ
۰,۵۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۱
۰,۵۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۲
۰,۵۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۳
۰,۶۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۵
۰,۵۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۶
۰,۵۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۷
۰,۶۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۸
۰,۵۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۹

مقدار	تاریخ
۰,۶۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۱
۰,۶۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۲
۰,۵۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۴
۰,۵۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۵
۰,۵۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۶
۰,۶۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۸
۰,۵۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۹
۰,۵۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۰

CV%: 8.959	SD: 0.052	Mean: 0.577
------------	-----------	-------------



عنوان کنترل : abbot-3  
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۹/۲۷

سری ساخت : ۳۲۳۱۱۲۳۰

عنوان آزمایش : PSA  
عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۳,۶	۱,۵۱۷	۱۷,۹۹۹	۱۹,۵۱۶	۲۱,۰۳۳	۲۲,۵۵	۲۴,۰۶۷	۲۵,۵۸۴	۲۷,۱۰۱

مقدار	تاریخ
۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۳۰

مقدار	تاریخ
۲۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۹

مقدار	تاریخ
۲۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۷

CV%: 6.739	SD: 1.528	Mean: 22.667
------------	-----------	--------------

