

پولد سرم : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۴/۲۹

Phenobarbital : عنوان آزمایش :  
hplc : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : ----

%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۱,۱۶۹	۰,۵۱۴	۴۲,۴۸۱	۴۲,۹۹۵	۴۳,۵۰۹	۴۴,۰۲۳	۴۴,۵۳۷	۴۵,۰۵۱	۴۵,۵۶۵

مقدار	تاریخ
۴۳,۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۹
۴۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۱
۴۳,۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۲
۴۳,۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۳
۴۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۴

مقدار	تاریخ
۴۳,۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۲
۴۳,۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۳
۴۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۴
۴۴,۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۵
۴۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۶
۴۳,۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۷

مقدار	تاریخ
۴۳,۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۳
۴۳,۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۶
۴۴,۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۷
۴۴,۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۸
۴۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۹
۴۴,۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۰

CV%: 0.758	SD: 0.333	Mean: 43.965
------------	-----------	--------------

