

پولد سرم : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۴/۲۹

Phenobarbital : عنوان آزمایش :
hplc : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ----

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۵,۷	۰,۸۴۵	۴۱,۳۶۶	۴۲,۲۱۱	۴۳,۰۵۵	۴۳,۹	۴۴,۷۴۵	۴۵,۵۸۹	۴۶,۴۳۴

مقدار	تاریخ
۴۳,۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۴
۴۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۶
۴۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۷
۴۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۸

مقدار	تاریخ
۴۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۲
۴۳,۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۴
۴۲,۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۷
۴۴,۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۸
۴۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۰
۴۲,۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۲

مقدار	تاریخ
۴۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۱
۴۴,۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۳
۴۳,۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۴
۴۴,۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۵
۴۳,۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۸
۴۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۰

CV%: 1.712	SD: 0.747	Mean: 43.65
------------	-----------	-------------

