

پولید سرم : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۴/۲۹

Phenobarbital : عنوان آزمایش :
hplc : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ----

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۳۶۲	۰,۵۹۶	۴۲,۰۱۱	۴۲,۶۰۷	۴۳,۲۰۳	۴۳,۷۹۹	۴۴,۳۹۵	۴۴,۹۹۱	۴۵,۵۸۷

مقدار	تاریخ
۴۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۴
۴۳,۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۵
۴۴,۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۹

مقدار	تاریخ
۴۴,۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۶
۴۳,۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۷
۴۳,۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۸
۴۳,۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۹

مقدار	تاریخ
۴۳,۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۰
۴۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۲
۴۳,۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۳
۴۳,۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۵

CV%: 1.017	SD: 0.445	Mean: 43.718
------------	-----------	--------------

