

عنوان کنترل : بولد سرم
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۴/۲۹

Phenytoin : عنوان آزمایش
hplc : عنوان دستگاه
سری ساخت : ----

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۴,۴	۰,۱۳۳	۶,۴	۶,۵۳۳	۶,۶۶۷	۶,۸	۶,۹۳۳	۷,۰۶۷	۷,۲

مقدار	تاریخ
۶,۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۷
۶,۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۸

مقدار	تاریخ
۶,۶۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۴
۶,۷۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۵

مقدار	تاریخ
۶,۷۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۱
۶,۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۳

CV%: 2.011	SD: 0.135	Mean: 6.737
------------	-----------	-------------

