

عنوان کنترل : بولد سرم  
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۴/۲۹

Phenytoin : عنوان آزمایش  
hplc : عنوان دستگاه  
سری ساخت : ----

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۱,۴۹۳	۰,۱۰۱	۶,۴۶۴	۶,۵۶۵	۶,۶۶۶	۶,۷۶۷	۶,۸۶۸	۶,۹۶۹	۷,۰۷

مقدار	تاریخ
۶,۷۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۴
۶,۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۵
۶,۶۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۹

مقدار	تاریخ
۶,۷۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۶
۶,۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۷
۶,۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۸
۶,۶۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۹

مقدار	تاریخ
۶,۷۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۰
۶,۶۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۲
۶,۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۳
۶,۶۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۵

CV%: 0.814	SD: 0.055	Mean: 6.73
------------	-----------	------------

