

Control Normal : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۷/۲۷

Phosphorus : عنوان آزمایش :  
Cobas 6000 : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : GN225

| %CV | SD    | SD <sup>۳-</sup> | SD <sup>۲-</sup> | SD <sup>۱-</sup> | MEAN | SD <sup>۱</sup> | SD <sup>۲</sup> | SD <sup>۳</sup> |
|-----|-------|------------------|------------------|------------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۰   | ۰,۲۳۳ | ۳,۵۰۱            | ۳,۷۳۴            | ۳,۹۶۷            | ۴,۲  | ۴,۴۳۳           | ۴,۶۶۶           | ۴,۸۹۹           |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۴,۲۶  | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
| ۴,۴۷  | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
| ۴,۲۳  | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
| ۴,۵۳  | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
| ۴,۱۹  | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
| ۴,۲۲  | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
| ۴,۳۷  | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۴,۱۲  | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
| ۴,۴   | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
| ۴,۲۱  | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
| ۴,۲۳  | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
| ۴,۲۸  | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
| ۴,۳۷  | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
| ۴,۲۴  | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
| ۴,۲۳  | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
| ۴,۱۹  | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۳,۹۵  | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
| ۴,۰۴  | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
| ۴     | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
| ۴     | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
| ۴,۰۴  | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
| ۴,۱۷  | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
| ۴,۲۵  | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
| ۴,۲۵  | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
| ۴,۰۶  | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |

|            |           |             |
|------------|-----------|-------------|
| CV%: 3.483 | SD: 0.147 | Mean: 4.212 |
|------------|-----------|-------------|

