

Control Hight : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۷/۱۹

Phosphorus : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :
سری ساخت : GP325

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۶۲۴	۰,۱۸۹	۶,۶۳۹	۶,۸۲۸	۷,۰۱۷	۷,۲۰۶	۷,۳۹۵	۷,۵۸۴	۷,۷۷۳

مقدار	تاریخ
۷,۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۳
۷,۰۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۴
۷,۰۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۵
۷,۰۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۶
۶,۸۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۷
۷,۰۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۸
۶,۹۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۹
۶,۹۲	۱۴۰۴/۰۹/۳۰

مقدار	تاریخ
۶,۹۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۳
۷,۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۴
۷,۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۵
۷,۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۶
۷,۰۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۷
۷,۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۸
۷,۰۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۹
۷,۲۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۰
۷,۲۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۱
۷,۲۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۲

مقدار	تاریخ
۶,۸۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۱
۷,۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۲
۶,۸۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۴
۷,۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۵
۶,۹۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۶
۷,۰۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۸
۷,۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۹
۷,۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۰
۷,۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۱
۶,۹۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۲

CV%: 1.824	SD: 0.129	Mean: 7.068
------------	-----------	-------------

