

مدیکا کنترل ۲ : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۷/۰۱

Potassium : عنوان آزمایش :  
مدیکا ۱ : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : ۲۴۳۱۶

%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۲,۱۴۲	۰,۰۸۲	۵,۴۱۹	۵,۵۰۱	۵,۵۸۳	۵,۶۶۵	۵,۷۴۷	۵,۸۲۹	۵,۹۱۱

مقدار	تاریخ
۵,۶۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۳
۵,۶۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۴
۵,۵۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۵
۵,۴۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۶
۵,۵۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۷
۵,۸۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۸
۵,۵۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۹

مقدار	تاریخ
۵,۶۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۲
۵,۶۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۳
۵,۷۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۴
۵,۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۵
۵,۶۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۶
۵,۸۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۷
۵,۷۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۹
۵,۶۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۰
۵,۶۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۱
۵,۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۲

مقدار	تاریخ
۵,۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۱
۵,۶۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۲
۵,۵۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۳
۵,۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۴
۵,۶۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۵
۵,۶۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۶
۵,۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۷
۵,۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۸
۵,۸۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۹
۵,۵۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۰

CV%: 1.951	SD: 0.11	Mean: 5.646
------------	----------	-------------

