

مدیکا کنترل ۱ : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۷/۰۱

Potassium : عنوان آزمایش :
مدیکا ۱ : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۲۴۳۱۶


%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۳,۲۶۱	۰,۰۸۴	۳,۶۱۲	۳,۶۹۶	۳,۷۸	۳,۸۶۴	۳,۹۴۸	۴,۰۳۲	۴,۱۱۶

مقدار	تاریخ
۳,۸۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۰
۳,۸۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۱
۳,۸۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۲
۳,۷۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۴
۳,۸۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۵

مقدار	تاریخ
۳,۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۲
۳,۷۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۳
۳,۷۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۴
۳,۶۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۵
۳,۸۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۶
۳,۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۷
۳,۸۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۸
۳,۸۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۹

مقدار	تاریخ
۳,۷۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۱
۳,۹۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۳
۳,۷۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۴
۳,۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۵
۳,۷۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۶
۳,۷۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۷
۳,۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۸
۳,۷۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۱

CV%: 1.798	SD: 0.068	Mean: 3.808
------------	-----------	-------------



22