

RTI TEB I : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۸/۲۶

Potassium : عنوان آزمایش :
مدیکا : عنوان دستگاه :
سری ساخت : RTC09340

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۰	۰,۱	۳,۷	۳,۸	۳,۹	۴	۴,۱	۴,۲	۴,۳

مقدار	تاریخ
۳,۸۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۴
۳,۹۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۵
۴,۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۶
۴,۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۷
۳,۸۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۹
۴,۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
۳,۹۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۱
۴,۰۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۲

مقدار	تاریخ
۳,۹۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۲
۳,۸۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۳
۴,۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۴
۴,۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۵
۳,۹۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۶
۳,۸۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۷
۴,۰۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۸
۳,۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۹
۴,۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۰
۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۲
۳,۸۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۳

مقدار	تاریخ
۴,۰۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۸
۴,۰۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۹
۳,۹۹	۱۴۰۴/۰۸/۳۰
۳,۹۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۲
۴,۰۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۴
۳,۹۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۵
۴,۰۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۶
۴,۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۸
۳,۹۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۹
۳,۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۰
۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۱

CV%: 2.094	SD: 0.084	Mean: 3.993
------------	-----------	-------------

