

عنوان کنترل : بولد سرم  
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۴/۲۹

عنوان آزمایش : Primidone  
عنوان دستگاه : hplc  
سری ساخت : ----

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۴,۹	۰,۱۷۸	۷,۵۶۶	۷,۷۴۴	۷,۹۲۲	۸,۱	۸,۲۷۸	۸,۴۵۶	۸,۶۳۴

مقدار	تاریخ
۸,۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۷
۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۸

مقدار	تاریخ
۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۴
۸,۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۵

مقدار	تاریخ
۷,۹۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۱
۸,۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۳

CV%: 1.621	SD: 0.131	Mean: 8.11
------------	-----------	------------

