

عنوان کنترل : بولد سرم
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۴/۲۹

عنوان آزمایش : Primidone
عنوان دستگاه : hplc
سری ساخت : ----

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۸۱۳	۰,۲۳	۷,۴۷۵	۷,۷۰۵	۷,۹۳۵	۸,۱۶۵	۸,۳۹۵	۸,۶۲۵	۸,۸۵۵

مقدار	تاریخ
۷,۹۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۴
۸,۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۵
۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۹

مقدار	تاریخ
۷,۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۶
۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۷
۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۸
۸,۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۹

مقدار	تاریخ
۸,۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۰
۸,۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۲
۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۳
۸,۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۵

CV%: 1.589	SD: 0.129	Mean: 8.087
------------	-----------	-------------

