

Control Normal : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۷/۲۷

(SGOT (AST : عنوان آزمایش :
Cobas 6000 : عنوان دستگاه :
سری ساخت : GN225

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۰	۲,۶۶۷	۳۵,۹۹۹	۳۸,۶۶۶	۴۱,۳۳۳	۴۴	۴۶,۶۶۷	۴۹,۳۳۴	۵۲,۰۰۱

مقدار	تاریخ
۴۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۲
۴۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۴
۴۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۵
۴۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۶
۴۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۷
۴۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۸
۴۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۹

مقدار	تاریخ
۴۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۲
۴۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۳
۴۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۴
۴۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۵
۴۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۷
۴۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۸
۴۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۹
۴۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۰
۴۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۱

مقدار	تاریخ
۴۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۱
۴۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۳
۴۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۴
۴۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۵
۴۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۶
۴۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۷
۴۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۸
۴۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۰
۴۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۱

CV%: 2.345	SD: 1.028	Mean: 43.84
------------	-----------	-------------

