

Control Normal : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۷/۰۱

سری ساخت : ..GN125
عنوان آزمایش : (SGPT (ALT
عنوان دستگاه : Olampius


%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۵,۴۵۸	۱,۶۲۱	۳۹,۶۷۹	۴۱,۳	۴۲,۹۲۱	۴۴,۵۴۲	۴۶,۱۶۳	۴۷,۷۸۴	۴۹,۴۰۵

مقدار	تاریخ
۴۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۲
۴۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۳
۴۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۴
۴۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۵
۴۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۶

مقدار	تاریخ
۴۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۵
۴۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۶
۴۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۷
۴۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۸
۴۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۹
۴۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۰
۴۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۱

مقدار	تاریخ
۴۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۲
۴۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۳
۴۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۴
۴۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۰
۴۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۲
۴۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۳
۴۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۴

CV%: 4.965	SD: 2.192	Mean: 44.158
------------	-----------	--------------



Control Normal : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۷/۲۷

عنوان آزمایش : (SGPT (ALT
عنوان دستگاه : Olampius
سری ساخت : GN225

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۰	۲,۶۶۷	۳۶,۹۹۹	۳۹,۶۶۶	۴۲,۳۳۳	۴۵	۴۷,۶۶۷	۵۰,۳۳۴	۵۳,۰۰۱

مقدار	تاریخ
۴۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۸
۴۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۹
۴۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۰

مقدار	تاریخ
۴۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۳
۴۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۴
۴۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۵
۴۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۶
۴۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۷

مقدار	تاریخ
۴۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۸
۴۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۹
۴۴	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
۴۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۱
۴۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۲

CV%: 4.03	SD: 1.758	Mean: 43.615
-----------	-----------	--------------

