

Control Hight : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۷/۱۹

عنوان آزمایش : (SGPT (ALT
عنوان دستگاه : Olampius
سری ساخت : GP325

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۴,۵۸۱	۵,۵۹۸	۱۰۵,۴۰۶	۱۱۱,۰۰۴	۱۱۶,۶۰۲	۱۲۲,۲	۱۲۷,۷۹۸	۱۳۳,۳۹۶	۱۳۸,۹۹۴

مقدار	تاریخ
۱۲۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۳
۱۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۴
۱۲۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۵
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۶
۱۲۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۷
۱۲۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۸
۱۲۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۹
۱۲۷	۱۴۰۴/۰۹/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۲۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۳
۱۲۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۴
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۵
۱۲۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۶
۱۲۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۷
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۸
۱۲۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۹
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۰
۱۲۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۱
۱۲۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۲

مقدار	تاریخ
۱۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۱
۱۲۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۲
۱۲۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۴
۱۲۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۵
۱۲۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۶
۱۲۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۸
۱۲۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۹
۱۲۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۰
۱۲۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۱
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۲

CV%: 2.727	SD: 3.383	Mean: 124.036
------------	-----------	---------------

