

عنوان کنترل : مدیکا کنترل ۲
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۷/۰۱

عنوان آزمایش : Sodium
مدیکا ۱
سری ساخت : ۲۴۳۱۶

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۶۲۵	۱,۷۱۳	۱۵۳,۲۲۱	۱۵۴,۹۳۴	۱۵۶,۶۴۷	۱۵۸,۳۶	۱۶۰,۰۷۳	۱۶۱,۷۸۶	۱۶۳,۴۹۹

مقدار	تاریخ
۱۵۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۳
۱۵۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۴
۱۵۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۵
۱۵۷,۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۶
۱۵۷,۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۷
۱۵۵,۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۸
۱۵۶,۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۹

مقدار	تاریخ
۱۵۸,۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۲
۱۵۹,۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۳
۱۵۹,۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۴
۱۵۹,۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۵
۱۵۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۶
۱۵۷,۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۷
۱۵۸,۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۹
۱۵۷,۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۰
۱۵۸,۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۱
۱۵۶,۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۲

مقدار	تاریخ
۱۶۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۱
۱۵۶,۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۲
۱۵۵,۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۳
۱۵۵,۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۴
۱۵۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۵
۱۵۷,۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۶
۱۶۲,۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۷
۱۶۰,۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۸
۱۶۲,۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۹
۱۵۸,۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۰

CV%: 1.225	SD: 1.937	Mean: 158.107
------------	-----------	---------------

