

RTI TEB I : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۸/۲۶

Sodium : عنوان آزمایش :
مدیکا : عنوان دستگاه :
سری ساخت : RTC09340

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۰	۱,۶۶۷	۱۳۳,۹۹۹	۱۳۵,۶۶۶	۱۳۷,۳۳۳	۱۳۹	۱۴۰,۶۶۷	۱۴۲,۳۳۴	۱۴۴,۰۰۱

مقدار	تاریخ
۱۳۹,۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۲
۱۴۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۳
۱۴۱,۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۴
۱۴۰,۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۵
۱۴۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۶
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۷
۱۴۰,۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۹
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۴۰,۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۱
۱۳۸,۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۲
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۳
۱۴۰,۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۴
۱۴۰,۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۵
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۶
۱۴۰,۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۷
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۸
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۹
۱۴۰,۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۰

مقدار	تاریخ
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۸
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۹
۱۴۱	۱۴۰۴/۰۸/۳۰
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۲
۱۴۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۴
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۵
۱۴۰,۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۶
۱۳۹,۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۸
۱۳۹,۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۹
۱۴۰,۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۰

CV%: 0.814	SD: 1.139	Mean: 140.05
------------	-----------	--------------

