

Control Normal : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۷/۲۷

TIBC : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :
سری ساخت : GN225

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۰	۱۶,۳۳۳	۲۱۹,۰۰۱	۲۳۵,۳۳۴	۲۵۱,۶۶۷	۲۶۸	۲۸۴,۳۳۳	۳۰۰,۶۶۶	۳۱۶,۹۹۹

مقدار	تاریخ
۲۹۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۳
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۴
۲۹۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۵
۲۹۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۶
۳۰۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۷
۲۸۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۸
۲۷۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۹
۲۷۹	۱۴۰۴/۰۸/۳۰

مقدار	تاریخ
۲۹۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۲
۲۵۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۴
۲۷۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۶
۲۸۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۷
۲۹۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۸
۲۹۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۹
۲۵۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۰
۲۵۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۱
۲۹۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۲

مقدار	تاریخ
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۱
۲۷۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۳
۲۷۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۴
۲۷۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۵
۲۹۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۶
۲۹۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۷
۲۹۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۸
۲۵۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۹
۲۸۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۱

CV%: 5.642	SD: 15.776	Mean: 279.615
------------	------------	---------------

