

Control Hight : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۷/۱۹

TIBC : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :
سری ساخت : GP325

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۶,۵۱۲	۲۰,۹۷۷	۲۵۹,۱۶۹	۲۸۰,۱۴۶	۳۰۱,۱۲۳	۳۲۲,۱	۳۴۳,۰۷۷	۳۶۴,۰۵۴	۳۸۵,۰۳۱

مقدار	تاریخ
۲۸۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۳
۳۴۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۴
۲۹۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۵
۳۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۶
۳۰۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۷
۳۰۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۸
۲۸۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۹
۲۹۶	۱۴۰۴/۰۹/۳۰

مقدار	تاریخ
۳۲۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۳
۳۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۴
۲۹۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۵
۳۰۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۶
۳۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۸
۳۰۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۹
۳۰۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۰
۳۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۱
۳۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۲

مقدار	تاریخ
۳۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۱
۳۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۲
۳۰۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۴
۳۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۵
۳۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۶
۳۴۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۸
۳۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۹
۳۰۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۰
۳۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۲

CV%: 4.706	SD: 14.524	Mean: 308.654
------------	------------	---------------

