

Perci con -1 : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۹/۲۱

Tacrolimus : عنوان آزمایش :
کوباس e 411 : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۶۶۳۴۰۸

| %CV | SD | SD ^{۳-} | SD ^{۲-} | SD ^{۱-} | MEAN | SD ^۱ | SD ^۲ | SD ^۳ |
|-------|-------|------------------|------------------|------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۴,۱۷۵ | ۰,۰۹۲ | ۱,۹۱۶ | ۲,۰۰۸ | ۲,۱ | ۲,۱۹۲ | ۲,۲۸۴ | ۲,۳۷۶ | ۲,۴۶۸ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۲,۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
| ۲,۲۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
| ۲,۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۲,۲۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
| ۲,۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
| ۲,۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
| ۲,۲۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
| ۲,۲۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۲,۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
| ۲,۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
| ۲,۲۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
| ۲,۲۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
| ۲,۲۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |

| | | |
|------------|-----------|-------------|
| CV%: 3.152 | SD: 0.069 | Mean: 2.204 |
|------------|-----------|-------------|

