

عنوان کنترل : perci con-2
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۹/۲۱

عنوان آزمایش : Tacrolimus
عنوان دستگاه : کوباس e 411
سری ساخت : ۶۶۳۴۰۸

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۵,۸۴۵	۰,۵۵	۷,۷۵۷	۸,۳۰۷	۸,۸۵۷	۹,۴۰۷	۹,۹۵۷	۱۰,۵۰۷	۱۱,۰۵۷

مقدار	تاریخ
۸,۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۲
۹,۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۴

مقدار	تاریخ
۱۰,۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۲
۹,۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۵
۹,۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۷
۹,۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۹

مقدار	تاریخ
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۱
۹,۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۵
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۸
۹,۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۰

CV%: 4.21	SD: 0.405	Mean: 9.62
-----------	-----------	------------

