

Control Normal : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۷/۲۷

Total Protein : عنوان آزمایش :
Cobas 6000 : عنوان دستگاه :
سری ساخت : GN225

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۰	۰,۳	۴	۴,۳	۴,۶	۴,۹	۵,۲	۵,۵	۵,۸

مقدار	تاریخ
۵,۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۲
۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۴
۵,۰۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۵
۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۶
۴,۷۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۷
۵,۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۹

مقدار	تاریخ
۴,۸۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۲
۵,۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۳
۴,۷۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۴
۴,۸۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۵
۴,۸۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۷
۴,۹۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۸
۴,۹۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۹
۴,۹۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۰
۴,۸۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۱

مقدار	تاریخ
۴,۹۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۱
۴,۹۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۳
۴,۸۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۴
۴,۷۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۵
۵,۰۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۶
۵,۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۷
۵,۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۸
۵,۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۰
۴,۷۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۱

CV%: 3.021	SD: 0.15	Mean: 4.959
------------	----------	-------------

