

Control Normal : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۷/۰۱

Transferrin : عنوان آزمایش :  
Olampius : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : ۵۹۵۴۲۰

%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۱,۶۴۳	۲,۱	۱۸۸,۳	۱۹۰,۴	۱۹۲,۵	۱۹۴,۶	۱۹۶,۷	۱۹۸,۸	۲۰۰,۹

مقدار	تاریخ
۱۹۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۵
۱۹۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۶
۱۹۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۸
۱۹۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۹

مقدار	تاریخ
۱۹۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۷
۱۹۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۸
۱۹۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۹
۱۹۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۰
۱۹۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۱
۱۹۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۳
۱۹۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۴

مقدار	تاریخ
۱۹۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۲
۱۹۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۳
۲۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۴
۱۹۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۲
۱۹۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۳
۱۹۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۵
۱۹۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۶

CV%: 1.16	SD: 2.272	Mean: 195.889
-----------	-----------	---------------

