

Control Normal : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۷/۰۱

Transferrin : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۵۹۵۴۲۰

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۴۷۱	۴,۸۶۶	۱۸۲,۳۰۲	۱۸۷,۱۶۸	۱۹۲,۰۳۴	۱۹۶,۹	۲۰۱,۷۶۶	۲۰۶,۶۳۲	۲۱۱,۴۹۸

مقدار	تاریخ
۲۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۳
۱۹۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۴
۲۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۵
۲۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۶
۱۹۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۷
۱۹۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۸
۱۹۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۹
۱۹۷	۱۴۰۴/۰۹/۳۰

مقدار	تاریخ
۲۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۴
۱۹۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۵
۱۹۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۶
۱۹۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۷
۱۹۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۸
۱۹۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۹
۱۹۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۰
۲۰۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۱
۱۹۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۲

مقدار	تاریخ
۲۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۱
۱۹۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۲
۱۹۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۴
۲۰۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۵
۱۹۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۶
۱۹۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۸
۱۹۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۹
۱۹۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۰
۱۹۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۲

CV%: 1.371	SD: 2.71	Mean: 197.692
------------	----------	---------------

