

Control Normal : عنوان کنترل :  
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۷/۰۱

Triglycerides : عنوان آزمایش :  
Olampius : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : GN125..



%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۲,۳۱۳	۱,۸۶	۱۱۵,۱۱	۱۱۶,۹۷	۱۱۸,۸۳	۱۲۰,۶۹	۱۲۲,۵۵	۱۲۴,۴۱	۱۲۶,۲۷

مقدار	تاریخ
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۰
۱۲۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۱
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۲
۱۲۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۳
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۴
۱۲۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۵
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۶

مقدار	تاریخ
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۰
۱۲۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۲
۱۲۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۳
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۴
۱۲۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۵
۱۲۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۶
۱۲۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۷
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۸
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۹

مقدار	تاریخ
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۱
۱۲۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۲
۱۲۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۳
۱۲۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۴
۱۲۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۵
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۶
۱۲۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۷
۱۲۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۸
۱۲۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۹

CV%: 1.81	SD: 2.2	Mean: 121.56
-----------	---------	--------------



Control Hight : عنوان کنترل :  
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۷/۱۹

Triglycerides : عنوان آزمایش :  
Olampius : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : GP325

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۰	۱۱	۱۸۳	۱۹۴	۲۰۵	۲۱۶	۲۲۷	۲۳۸	۲۴۹

مقدار	تاریخ
۲۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۵
۲۲۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۶
۲۰۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۷
۲۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۸
۲۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۹
۲۰۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۰

مقدار	تاریخ
۲۰۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۷
۲۰۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۸
۲۱۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۹
۲۰۵	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
۲۰۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۱
۲۰۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۳
۲۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۴

مقدار	تاریخ
۲۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۰
۲۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۱
۲۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۲
۲۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۳
۲۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۴
۲۲۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۵
۲۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۶

CV%: 3.028	SD: 6.436	Mean: 212.55
------------	-----------	--------------

