

Control Normal : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۷/۲۷

Triglycerides : عنوان آزمایش :  
Olampius : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : GN225

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۰	۶,۶۶۷	۹۶,۹۹۹	۱۰۳,۶۶۶	۱۱۰,۳۳۳	۱۱۷	۱۲۳,۶۶۷	۱۳۰,۳۳۴	۱۳۷,۰۰۱

مقدار	تاریخ
۱۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۳
۱۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۴
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۵
۱۲۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۶
۱۲۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۷
۱۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۸
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۹
۱۲۳	۱۴۰۴/۰۸/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۲
۱۲۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۳
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۴
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۵
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۶
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۷
۱۲۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۸
۱۲۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۹
۱۲۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۰
۱۲۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۱
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۲

مقدار	تاریخ
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۱
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۲
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۳
۱۲۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۴
۱۲۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۵
۱۰۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۶
۱۲۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۷
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۸
۱۲۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۹
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۰
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۱

CV%: 3.478	SD: 4.145	Mean: 119.167
------------	-----------	---------------

