

Control Normal : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۷/۲۷

Triglycerides : عنوان آزمایش :  
Olampius : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : GN225

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۳,۴۷۸	۴,۱۴۵	۱۰۶,۷۳۲	۱۱۰,۸۷۷	۱۱۵,۰۲۲	۱۱۹,۱۶۷	۱۲۳,۳۱۲	۱۲۷,۴۵۷	۱۳۱,۶۰۲

مقدار	تاریخ
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۳
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۴
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۵
۱۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۶
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۷
۱۲۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۸
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۹
۱۲۳	۱۴۰۴/۰۹/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۳
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۴
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۵
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۶
۱۲۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۷
۱۲۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۸
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۹
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۰
۱۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۱
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۲

مقدار	تاریخ
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۱
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۲
۱۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۴
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۵
۱۲۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۶
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۸
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۹
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۰
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۱
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۲

CV%: 2.814	SD: 3.304	Mean: 117.393
------------	-----------	---------------

