

عنوان کنترل : perci control II
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۶/۰۱

سری ساخت : ۶۵۷۶۸۲

عنوان آزمایش : (Troponin T (HS
عنوان دستگاه : کوباس e411


%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۴,۱۹۹	۶۸,۹۷۹	۱۴۳۵,۸۳	۱۵۰۴,۸۰۹	۱۵۷۳,۷۸۸	۱۶۴۲,۷۶۷	۱۷۱۱,۷۴۶	۱۷۸۰,۷۲۵	۱۸۴۹,۷۰۴

مقدار	تاریخ
۱۵۹۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۷
۱۵۸۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۹
۱۷۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۰
۱۶۸۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۱
۱۶۶۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۲
۱۵۹۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۳

مقدار	تاریخ
۱۶۸۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۹
۱۵۷۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۰
۱۶۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۲
۱۵۸۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۳
۱۶۲۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۴
۱۵۸۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۵
۱۵۹۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۶

مقدار	تاریخ
۱۵۸۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۱
۱۵۷۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۲
۱۵۹۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۳
۱۶۰۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۵
۱۷۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۶
۱۶۲۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۷
۱۵۸۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۸

CV%: 2.713	SD: 43.93	Mean: 1619.45
------------	-----------	---------------



عنوان کنترل : perci control I
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۶/۰۱

سری ساخت: ۶۵۷۶۷۸

عنوان آزمایش : (Troponin T (HS
عنوان دستگاه : کوباس E411

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۷,۰۲۹	۱,۷۰۵	۱۹,۱۴۲	۲۰,۸۴۷	۲۲,۵۵۲	۲۴,۲۵۷	۲۵,۹۶۲	۲۷,۶۶۷	۲۹,۳۷۲

مقدار	تاریخ
۲۲,۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۹

مقدار	تاریخ
۲۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۷
۲۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۸

مقدار	تاریخ
۲۵,۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۴
۲۲,۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۶

CV%: 5.875	SD: 1.414	Mean: 24.06
------------	-----------	-------------

