

عنوان کنترل : perci control II  
شروع کنترل : ۱۴۰۳/۰۶/۰۱

عنوان آزمایش : (Troponin T (HS  
عنوان دستگاه : کوباس e411  
سری ساخت : ۶۵۷۶۸۲

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۳,۳۳۳	۵۴,۳۲۴	۱۴۶۶,۹۲۸	۱۵۲۱,۲۵۲	۱۵۷۵,۵۷۶	۱۶۲۹,۹	۱۶۸۴,۲۲۴	۱۷۳۸,۵۴۸	۱۷۹۲,۸۷۲

مقدار	تاریخ
۱۶۴۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۷
۱۵۹۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۶۳۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۲
۱۵۹۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۲
۱۶۷۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۳
۱۵۹۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۵
۱۵۸۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۶

مقدار	تاریخ
۱۵۸۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۱
۱۶۸۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۹
۱۶۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۹
۱۵۷۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۰
۱۶۲۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۱

CV%: 2.223	SD: 35.976	Mean: 1618.417
------------	------------	----------------

