آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

عنوان آزمایش : Troponin I
عنوان دستگاه : کوباس E411
سری ساخت : ۶۵۷۶۷۸
عنوان کنترل : کنترل I
شروع کنترل :۱۴۰۳/۰۵/۰۱

SD۳	SD۲	SD۱	MEAN	SD۱-	SD۲-	SD۳-	SD	%CV
۱,۰۶	۰,۹۶	۰,۸۶	۰,۷۶	۰,۶۶	۰,۵۶	۰,۴۶	۰,۱	۰

تاریخ	مقدار
۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۰,۷۱۷
۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۰,۹۰۳
۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۰,۸۷۵
۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۰,۸۴۶
۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۰,۸۳۶
۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۰,۹۰۷
۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۰,۷۸۵
۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۰,۸۴

تاریخ	مقدار
۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۰,۶۶
۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۰,۷۶
۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۰,۸۶
۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۰,۹۳۹
۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۰,۹۳
۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۰,۸
۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۰,۸۳۷
۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۰,۸۷۶

تاریخ	مقدار
۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۰,۸۴۳
۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۰,۶۶
۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۰,۶۹
۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۰,۷۸
۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۰,۹۰۷
۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۰,۸۲۸

Mean: 0.822	SD: 0.083	CV%: 10.067


E411 کوباس
1.06
0.96
0.86
0.76
0.66
0.56
0.46
1-0.717
2-0.903
3-0.875
4-0.846
5-0.836
6-0.907
7-0.785
8-0.84
9-0.66
10-0.76
11-0.86
12-0.939
13-0.93
14-0.8
15-0.837
16-0.876
17-0.843
18-0.66
19-0.69
20-0.78
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22-0.828
22
23