

Control Normal : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۷/۰۱

Urlic Acid : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :
سری ساخت : GN125..



%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۵۴۲	۰,۰۸۲	۴,۵۲۱	۴,۶۰۳	۴,۶۸۵	۴,۷۶۷	۴,۸۴۹	۴,۹۳۱	۵,۰۱۳

مقدار	تاریخ
۴,۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۱
۴,۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۲
۴,۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۳
۴,۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۴
۴,۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۵
۴,۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۶

مقدار	تاریخ
۴,۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۲
۴,۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۳
۴,۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۴
۴,۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۵
۴,۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۶
۴,۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۷
۴,۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۸
۴,۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۹
۴,۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۰

مقدار	تاریخ
۴,۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۱
۴,۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۲
۴,۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۳
۴,۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۴
۴,۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۶
۴,۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۷
۴,۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۸
۴,۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۹
۴,۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۰

CV%: 2.239	SD: 0.106	Mean: 4.746
------------	-----------	-------------



Control Normal : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۷/۲۷

Urlic Acid : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :
سری ساخت : GN225

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۰	۰,۲۶۷	۳,۸۹۹	۴,۱۶۶	۴,۴۳۳	۴,۷	۴,۹۶۷	۵,۲۳۴	۵,۵۰۱

مقدار	تاریخ
۵,۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۹
۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۰

مقدار	تاریخ
۴,۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۴
۴,۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۵
۴,۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۶
۴,۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۷
۴,۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۸

مقدار	تاریخ
۴,۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۸
۴,۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۹
۴,۷	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
۴,۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۱
۵,۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۳

CV%: 2.681	SD: 0.131	Mean: 4.892
------------	-----------	-------------

