

Control Normal : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۷/۲۷

Uric Acid : عنوان آزمایش :
Cobas 6000 : عنوان دستگاه :
سری ساخت : GN225

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۰	۰,۲۶۷	۳,۸۹۹	۴,۱۶۶	۴,۴۳۳	۴,۷	۴,۹۶۷	۵,۲۳۴	۵,۵۰۱

مقدار	تاریخ
۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۲
۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۴
۴,۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۵
۴,۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۶
۴,۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۷
۴,۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۸
۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۹

مقدار	تاریخ
۴,۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۲
۴,۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۳
۴,۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۴
۴,۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۵
۵,۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۷
۴,۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۸
۴,۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۹
۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۰
۴,۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۱

مقدار	تاریخ
۴,۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۱
۴,۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۳
۴,۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۴
۴,۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۵
۴,۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۶
۴,۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۷
۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۸
۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۰
۴,۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۱

CV%: 3.685	SD: 0.177	Mean: 4.796
------------	-----------	-------------

