

Control Normal : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۷/۲۷

Urlic Acid : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :
سری ساخت : GN225

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۹۴۳	۰,۱۴۲	۴,۴۰۷	۴,۵۴۹	۴,۶۹۱	۴,۸۳۳	۴,۹۷۵	۵,۱۱۷	۵,۲۵۹

مقدار	تاریخ
۴,۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۳
۴,۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۴
۴,۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۵
۴,۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۶
۴,۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۷
۴,۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۸
۴,۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۹
۴,۹	۱۴۰۴/۰۹/۳۰

مقدار	تاریخ
۴,۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۳
۵,۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۴
۴,۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۵
۴,۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۶
۴,۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۷
۴,۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۸
۴,۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۹
۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۰
۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۱
۴,۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۲

مقدار	تاریخ
۴,۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۱
۴,۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۲
۴,۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۴
۴,۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۵
۴,۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۶
۴,۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۸
۴,۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۹
۴,۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۰
۴,۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۱
۴,۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۲

CV%: 2.212	SD: 0.107	Mean: 4.821
------------	-----------	-------------

