

عنوان کنترول : کنترول تجاري II  
شروع کنترول : ۱۴۰۴/۰۳/۰۱

عنوان آزمایش : Valporate Na  
عنوان دستگاه : GC  
سری ساخت : ۲۱۶۱

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۱,۷۵۷	۲,۴۲۵	۱۳۰,۷۵۵	۱۳۳,۱۸	۱۳۵,۶۰۵	۱۳۸,۰۳	۱۴۰,۴۵۵	۱۴۲,۸۸	۱۴۵,۳۰۵

مقدار	تاریخ
۱۳۵,۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۴
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۶
۱۳۸,۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۷
۱۳۴,۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۸
۱۴۰,۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۹
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۷/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۵
۱۳۸,۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۶
۱۳۹,۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۷
۱۳۴,۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۹
۱۳۸,۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۰
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۱
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۲
۱۴۰,۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۳

مقدار	تاریخ
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۶
۱۳۴,۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۷
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۸
۱۴۰,۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۹
۱۴۰,۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۰
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۲
۱۳۴,۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۳
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۴

CV%: 1.574	SD: 2.17	Mean: 137.827
------------	----------	---------------

