

عنوان کنترول : کنترول تجاري II
شروع کنترول: ۱۴۰۴/۰۳/۰۱

عنوان آزمایش : Valporate Na
عنوان دستگاه : GC
سری ساخت : ۲۱۶۱

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۴,۹	۶,۸۳۳	۱۱۷,۰۰۱	۱۲۳,۸۳۴	۱۳۰,۶۶۷	۱۳۷,۵	۱۴۴,۳۳۳	۱۵۱,۱۶۶	۱۵۷,۹۹۹

مقدار	تاریخ
۱۳۹,۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۱
۱۳۹,۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۲
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۴
۱۴۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۷

مقدار	تاریخ
۱۳۵,۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۳
۱۴۴,۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۵
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۷
۱۳۸,۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۸
۱۳۰,۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۹
۱۴۴,۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۰

مقدار	تاریخ
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۱
۱۴۲,۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۴
۱۳۷,۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۵
۱۴۴,۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۶
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۷
۱۳۴,۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۲

CV%: 3.234	SD: 4.471	Mean: 138.25
------------	-----------	--------------

