

عنوان کنترل : I کنترل  
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۳/۰۷

سری ساخت: H27L1D5P

عنوان آزمایش : ۱۷ OH Progesterone  
عنوان دستگاه : الیزاریدر

| %CV   | SD    | SD <sup>۳-</sup> | SD <sup>۲-</sup> | SD <sup>۱-</sup> | MEAN  | SD <sup>۱</sup> | SD <sup>۲</sup> | SD <sup>۳</sup> |
|-------|-------|------------------|------------------|------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۸,۴۴۱ | ۰,۰۵۵ | ۰,۴۸۹            | ۰,۵۴۴            | ۰,۵۹۹            | ۰,۶۵۴ | ۰,۷۰۹           | ۰,۷۶۴           | ۰,۸۱۹           |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۰,۶۹  | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
| ۰,۶۶  | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۰,۷   | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
| ۰,۵۹  | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
| ۰,۶۵  | ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
| ۰,۶۵  | ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
| ۰,۶۶  | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۰,۶۵  | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
| ۰,۶۵  | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
| ۰,۷   | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
| ۰,۶۶  | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
| ۰,۷   | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |

|            |           |             |
|------------|-----------|-------------|
| CV%: 4.738 | SD: 0.031 | Mean: 0.663 |
|------------|-----------|-------------|

